



Zduńska Wola dnia: 2024-01-17

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na „**Zakup ambulansu sanitarnego Typ C dla zespołu ratownictwa medycznego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.**” – znak sprawy **ZSP.ZP.261.1.2024.**

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. Pytanie dot. Noszy nosze (XII). Czy zamawiający dopuści na zasadzie rozwiązania równoważnego nosze zgodne z wymaganiami aktualnej normy 1865-1, o długości 1935 mm, spełniające pozostałe wymagania zamawiającego? Różnica 15 mm w porównaniu do stawianych wymagań. Zamawiającego jest nieznaczną i z klinicznego pkt widzenia praktycznie nieistotną. Co więcej, krótsze nosze umożliwiają lub ułatwiają manewrowanie w wąskich przestrzeniach. Proponowana przez nas długość noszy jest doskonałym kompromisem pomiędzy możliwością transportu wyskokach pacjentów oraz mobilności.?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Pytanie dot. Krzeselko transportowe (XV) Czy zamawiający dopuści na zasadzie rozwiązania równoważnego, zgodnie z ustawą PZP oraz informacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia mówiącą o możliwości zaoferowania rozwiązania



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

równoważnego tj. krzeselka transportowego amerykańskiego producenta charakteryzujących się poniższymi parametrami:

- Średnica tylnych kół 15cm – zapewniające komfort pracy w każdych warunkach
- Tylne koła wyposażone w hamulce – sterowane przez członka personelu, który odpowiada za transport pacjenta. Osoba z przodu, odpowiada tylko za wsparcie i asekurację pacjenta w trakcie jego transportu po schodach.
- Waga krzeselka 14,4 kg – różnica pomiędzy wymaganiami Zamawiającego jest nieznaczna i przy łącznej wadze całego systemu, praktycznie niezauważalna.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza krzesło kardiologiczne wyposażone w system płozowy i o wadze maksymalnej do 15 kg.

3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu C.

Odp.: Średni przebieg pojazdu to około 40 000 km rocznie.

4. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych przedziału medycznego w całym zaoferowanym okresie gwarancji pokrywa Wykonawca i należy je doliczyć do oferty ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w automatyczny stopień przy prawych drzwiach przesuwnych ?



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści, aby ambulans został wyposażony w zestaw naprawczy, a koło zapasowe stanowiło wyposażenie dodatkowe pojazdu i zostało dostarczone luzem ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci 2 halogenów montowanych i załączanych osobna dla kierowcy oraz pasażera zamiast lampki na elastycznym ramieniu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności manualną skrzynię biegów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie.

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 *Oświetlenie wnętrza*.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia drukarki czy tylko przygotować miejsce pod drukarkę, która jest w posiadaniu Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki.

15. Czy Zamawiający dopuści aby świadectwo homologacji było dostarczone na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia lub przy dostawie przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby świadectwo homologacji było dostarczone na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

16. Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu dostaw do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „fabrycznie nowy ambulans” rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

18. Proszę o zmianę §7 ust. 4 pkt. 2) projektu umowy poprzez potwierdzenie, że okres reakcji 72 godzin liczony będzie od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany §7 ust. 4 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem adresu e-mail:, z zastrzeżeniem, że w przypadku wysłania emaila między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.”

19. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przeszkolenie pracowników o którym mowa w treści projektu umowy §1 ust. 1, ust. 4, § 2 ust. 6 oraz § 7 ust. 2 odbędzie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. W przypadku jeśli przeszkolenie pracowników miałyby odbyć się w innym ustalonym przy odbiorze terminie to protokół odbiorczy zostanie podpisany w dniu dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia i od tego dnia wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem przechodzą na Zamawiającego, a wykaz osób uczestniczących w szkoleniu zostanie załączony do protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie późniejszym.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o zmianę zapisu zawartego w §3 ust. 4 istotnych postanowień umowy, poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób, aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu liczonego w dniach roboczych na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

21. Zgodnie z § 3 ust. 5 istotnych postanowień umowy Wykonawca zostanie powiadomiony o ewentualnych wadach lub niezgodnościach drogą mailową. Pragniemy poinformować, że wady bądź jakiegokolwiek niezgodności powinny zostać stwierdzone przy odbiorze i z tą chwilą Wykonawca powinien być powiadomiony o ich ujawnieniu. Po dokonaniu odbioru podpisywany jest bezusterkowy protokół odbioru potwierdzający, że dostawa została dokonana prawidłowo a przedmiot odbioru nie posiada wad. W przypadku stwierdzenia ww. wad lub niezgodności do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru nie dochodzi, może natomiast zostać podpisany protokół z wykazem stwierdzonych wad, a Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia w terminie uzgodnionym przez strony. W związku z powyższym prosimy o nadanie w § 3 ust. 5 istotnych postanowień umowy następującego brzmienia: „Stwierdzenie wad lub niezgodności, o których mowa w ust. 1, podczas odbioru Przedmiotu Umowy, może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od dalszego odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie do ich usunięcia lub wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub niezgodności, w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych. Po usunięciu wady lub wymianie Przedmiotu Umowy procedura odbiorowa zostanie wznawiana/ponawiana po ponownym otrzymaniu zawiadomienia o którym mowa w § 2 ust. 3.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany § 3 ust. 5

„Stwierdzenie wad lub niezgodności, o których mowa w ust. 1, podczas odbioru Przedmiotu Umowy, może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od dalszego odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie do ich usunięcia lub wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub niezgodności, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po usunięciu wady lub wymianie Przedmiotu Umowy procedura odbiorowa zostanie wznawiana/ponawiana po ponownym otrzymaniu zawiadomienia o którym mowa w § 2 ust. 3.”

22. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na usunięcie wad lub usterek, o którym mowa w §3 ust. 5 wzoru umowy do 7 dni roboczych

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych. Zmieniony § 3 ust. 5 znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 21.

23. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 8 istotnych postanowień umowy i nadanie mu treści: „Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. Dodatkowo należy wskazać, że Zamawiający przewidział, że terminem zapłaty miałby być moment przekazania do banku polecenia



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

zapłaty przez Zamawiającego. Polecenie zapłaty może wskazywać odległy termin, w którym polecenie miałyby zostać zrealizowane przez bank. Tak określony termin płatności mógłby się znacząco różnić od terminu, w którym Wykonawca rzeczywiście otrzymałby środki.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany §4 ust. 8

„Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

24. Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy, dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z art. 578 k.c..

Odp.: Zamawiający potwierdza.

25. Biorąc pod uwagę możliwość miarkowania kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę:

- §8 ust. 1 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 % do 0,5%;
- §8 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5 % do 0,2%;
- §8 ust. 3 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 20 % do 10%;
- §8 ust. 4 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1000,00 zł do 500,00 zł;

Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §8 ust. 3 wzoru umowy.

Odp.: Zamawiający dodaje §8 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto.”



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

27. Prosimy także Zamawiającego o modyfikację §8 ust 11 istotnych postanowień umowy i dopuszczenie dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez obie Strony umowy. Przyznanie tego uprawnienia wyłącznie Zamawiającemu stanowi naruszenie zasady równości Stron umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany § 8 ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

„Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wyżej wymienionych kar umownych na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.”

28. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §8 ust. 6 istotnych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania” jednocześnie usuwając treść ust. 5. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku potrąceń, pomniejszeń, pobrań z kar umownych, nota księgowa co do zasady jest dokumentem stosowanym w rozliczeniach między Zamawiającym i Wykonawcą. A Zamawiający jasno określił w ust. 8, że wystawi Wykonawcy notę księgową. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy Zamawiającego o usunięcie z §9 ust. 1, 2, 6, 7, §10 ust. 2, §12 ust. 3 wzoru umowy możliwości rozwiązania Umowy oraz wszelkich odniesień do tego rozwiązania Umowy. Wskazać należy, że Umowa, która ma połączyć strony ma charakter jednorazowej dostawy, nie umowy ciągłej (np. sukcesywnych, comiesięcznych dostaw). Możliwość rozwiązania umowy jest konstrukcją charakterystyczną dla umów o charakterze ciągłym. W przypadku umowy mającej połączyć strony właściwą konstrukcją prawną jest odstąpienie od umowy, które zostało przewidziane przez Zamawiającego we wzorze umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Proszę o zmianę §9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy poprzez doprecyzowanie, że sankcją w postaci odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest obwarowane jedynie rzeczywiste zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku wykonawcy lub jego istotnej części, uniemożliwiający realizację umowy o dane zamówienie (Wyrok KIO z 18 listopada 2014 r. (KIO 2304/14). Wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem postanowienia Zamawiającemu przysługiwałoby prawo do odstąpienia od umowy już w razie zajęcia majątku Wykonawcy o nieznacznej wartości lub wszczęcia



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

postępowania egzekucyjnego na niewielkie należności, które w żaden sposób nie rzutowałyby na możliwość wykonania umowy względem Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 1 pk1, który otrzymuje brzmienie:

„Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku za pomocą którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu, które uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy.”

31. W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§....

Siła wyższa

1) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.

2) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.

4) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.

5) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

6) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany umowy i dodaje § 13, który otrzymuje brzmienie:

1. *Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy*
2. *Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.*
3. *Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.*
4. *W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.*
5. *Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.*
6. *W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.*

32. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej treści: „.....* w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

* Wykonawca

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany umowy i dodaje § 12 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2023 poz. 1790 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy. (skreślić, jeżeli Wykonawca nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy).”

33. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

- sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za 2 ostatnie pełne okresy obrachunkowe;
- Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości];
- Sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane);
- Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa);
- Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za ostatni pełny zakończony rok sprawozdawczy;
- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);
- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

Odp.: Zamawiający w załączeniu przekazuje sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości]. W zakresie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US, Zamawiający dysponuje zaświadczeniami z lipca 2023 r. (w załączeniu), natomiast z uwagi na termin wydania zaświadczenia przez poszczególne oddziały ZUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego nie jest możliwym uzyskanie przedmiotowych zaświadczeń w terminie udzielenia odpowiedzi na pytania. W pozostałym zakresie wnioskowana dokumentacja znajduje się Repozytorium Dokumentów Finansowych (strona ekrs.ms.gov.pl).



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

34. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o dodanie do projektu umowy katalogu wszystkich możliwych zmian, jakie są możliwe, zgodnie z poniższym:

„1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- c) zmiany sposobu/terminów płatności;
- d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zmiany numeru konta bankowego;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- i) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany umowy i dodaje § 12 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- 1) zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki VAT (zarówno wzrost, jak i obniżenie stawki);*
- 2) zmiany sposobu/terminów płatności;*
- 3) zmiany numeru konta bankowego;*
- 4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.”*

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności panele rezystancyjne zamontowane odpowiednio w kabinie kierowcy, przedziale medycznym oraz przy wejściu bocznym oraz tylnym?

Uzasadnienie.

Ekran o konstrukcji rezystancyjnej wyróżnia się szybką i precyzyjną reakcją. Jego obsługa jest niezwykle łatwa, ponieważ wszystkie polecenia zależą od siły nacisku.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Możliwa jest więc obsługa panelu nawet w rękawiczkach lub przy użyciu niemal każdego przedmiotu, jak na przykład końcówki ołówka lub długopisu. Dodatkowo, ekran jest odporny na zabrudzenia, co oznacza, że różnego rodzaju pył czy krople wody, które mogą gromadzić się na ekranie, nie wpływają negatywnie na jego działanie, w tym na precyzyjne wciskanie.

Należy także podkreślić, że ta technologia jest stosunkowo ekonomiczna, co sprawia, że panele z ekranami rezystancyjnymi są zazwyczaj tańsze o około 25% w porównaniu do paneli z wyłącznikami typu microswitch.

Dodatkowo, dzięki naszemu oprogramowaniu, panele posiadają pełną zdolność komunikacji między sobą. W przypadku awarii któregośkolwiek z paneli, możliwe jest "przejęcie" wszystkich jego funkcji przez pozostałe panele, co umożliwia dalsze zarządzanie wszystkimi odbiornikami w przedziale medycznym.

Zainstalowany 10-calowy ekran w przedziale medycznym cechuje się doskonałą czytelnością i funkcjonalnością. Po zamknięciu pojazdu wszystkie panele automatycznie przechodzą w tryb STANDBY, co znacząco ogranicza zużycie akumulatora przedziału medycznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza panele sterujące wykorzystujące ekrany w technologii rezystancyjnej, zapewniające możliwość ich obsługi niezależnie od ich ubrudzenia i używanych przez personel rękawic ochronnych.

Zamawiający wyklucza panele dotykowe oparte na ekranach w technologii pojemnościowej (PCAP).

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie nr 34 udzielone w Wyjaśnieniu treści specyfikacji warunków zamówienia w dniu 15.01.2024r..

36. Dotyczy Nosze główne: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze reanimacyjne firmy Mediol, będące na wyposażeniu wielu ambulansów w Polsce o długości 194 cm (zgodnie z normą PN EN 1865), wyposażone w pełne koła o średnicy 20 cm na otwartej feldze, nosze spełniają pozostałe wymagania OPZ ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

37. Dotyczy Krzeselko kardiologiczne: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Mediol o wadze ok. 14.5 kg spełniające pozostałe wymagania OPZ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza krzeselko kardiologiczne o wadze maksymalnej do 15 kg, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zamawiający
PREZES ZARZĄDU

.....
Małgorzata Majer
Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29
tel. (43) 824 41 47, fax (43) 823 20 71
KRS 0000445866, REGON 000312515
NIP 0000445866