



Zduńska Wola dnia: 2024-02-22

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na „**Zakup ambulansu sanitarnego Typ C dla zespołu ratownictwa medycznego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. II postępowanie**” – znak sprawy **ZSP.ZP.261.3.2024**.

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. I.7 – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o regulację przód-tył, góra-dół.

Odp.: Zamawiający potwierdza, ale dopuszcza również regulację kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie.

2. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. VIII.10 – prosimy o dopuszczenie w przedziale medycznym czterech gniazd 230 V (trzy na ścianie lewej oraz jedno na ścianie działowej), w których po włączeniu przetwornicy w czasie jazdy będzie napięcie 230V.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

3. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. X.1 – prosimy o potwierdzenie iż radiotelefon przewoźny nie ma być ujęty w ofercie.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

4. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. X.1 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiając używa tabletek typu zebra.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

5. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. XI.8 – prosimy o potwierdzenie że przeglądy okresowe samochodu bazowego NIE mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie je wykonywał na własny koszt.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

6. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. XI.8 – prosimy o dopuszczenie gwarancji producenta samochodu bazowego z limitem km odpowiednim do zaoferowanego okresu i zgodnym z oferowanym przez producenta samochodu bazowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale z limitem kilometrów odpowiadającym szacunkowemu rocznemu przebiegowi ambulansu. Zamawiający oczekuje wskazania okresu gwarancji również w okresie czasowym, zgodnie z kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.

7. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. XI.8 – prosimy o określenie zakładanego szacunkowego przebiegu rocznego ambulansu.

Odp.: Około 40 000km

8. Dotyczy załącznik nr 6 – pkt. XI.9 – prosimy o potwierdzenie iż przeglądy adaptacji medycznej mają być wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu w zaoferowanym okresie gwarancji zgodnie z wytycznymi producenta.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

9. Dotyczy załącznik nr 6 – prosimy o potwierdzenie, iż panele sterowania w przedziale medycznym oraz kabinie kierowcy mają być przyciskowe, a nie typu touch screen bądź rezystencyjne.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Odp.: Zamawiający dopuszcza panele sterowania przyciskowe oraz panele rezystencyjne. Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych wykorzystujących technologię pojemnościową.

10. Czy Zamawiający dopuści nosze transportowe ze skokową regulacją kąta nachylenia oparcia pleców w 7 pozycjach?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści nosze transportowe wyposażone w 4 szprychowe koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. min. 2 koła wyposażone w hamulce? Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność noszy jest zachowana niezależnie od tego czy koła są pełne czy szprychowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający oczekuje aby respirator posiadał funkcję CPAP? Funkcja ta jest obecnie szeroko stosowana w praktyce przedszpitalnej do zapewnienia bezpiecznego transportu pacjentów z np. POCHP lub obrzękiem płuc. Funkcja ta jest również niezmiernie przydatna w transporcie pacjentów z Covid-19.

Odp.: Zamawiający oczekuje.

13. Czy Zamawiający oczekuje aby respirator posiadał funkcję Demand, która umożliwia prowadzenie tlenoterapii biernej przy użyciu respiratora znacznie ograniczając zużycie tlenu w ZRM, wydłużając tym możliwości prowadzenia tlenoterapii w warunkach przedszpitalnych?

Odp.: Zamawiający oczekuje.

14. Czy Zamawiający oczekuje aby respirator posiadał funkcję synchronizacji oddechu pacjenta z generowanymi przez respirator? Funkcja ta minimalizuje ryzyko „kłócenia się respiratora z pacjentem”, zapewniając bezpieczeństwo i lepszy komfort prowadzenia respiratoroterapii w ZRM.

Odp.: Zamawiający oczekuje.

15. Czy Zamawiający oczekuje aby respirator posiadał możliwość niezależnej regulacji objętości oddechowej i częstości oddechowej? Funkcje te są podstawowymi parametrami ustawianymi podczas prowadzenia respiratoroterapii a ich niezależność pozwoli na odpowiedni dopasowanie wentylacji do potrzeb i możliwości pacjenta.



Odp.: Zamawiający oczekuje.

16. Czy Zamawiający oczekuje aby respirator posiadał możliwość wentylacji pacjentów w przedziale od niemowląt od 10 kg. m.c. do osób dorosłych? Możliwość tak zabezpiecza zdecydowaną większość pacjentów wentylowanych w warunkach ZRM.

Odp.: Zamawiający oczekuje.

17. Dotyczy: umowy §3, pkt. 8a – prosimy o rezygnację z obowiązku dostarczenia wraz z ambulansiem karty pojazdu, ponieważ dokument taki nie jest już stosowany.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z obowiązku dostarczenia wraz z ambulansiem karty pojazdu.

18. Dotyczy: umowy §6, pkt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że zapis w tym punkcie dotyczy zabudowy specjalnej oraz, że warunki gwarancji i serwisu dla pojazdu bazowego będą realizowane zgodnie z zapisami w książce gwarancyjnej auta bazowego. Prośba nasza wynika z tego, iż Wykonawca, czyli producent ambulansu nie ma żadnego wpływu na czas reakcji ASO danej marki ambulansu i nie może z tego powodu podjąć zobowiązania opisanego w przedmiotowym punkcie umowy.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

19. Dotyczy: umowy §6, pkt. 7 – Żaden z producentów aut bazowych nie oferuje przedłużania okresu gwarancji o czas naprawy, nie istnieje nawet taka usługa jako opcja dodatkowo płatna, dlatego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego przednich świateł do jazdy dziennej w technologii halogenowej włączanych automatycznie po uruchomieniu silnika.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego energooszczędnych 6 szt. lamp sufitowych w technologii LED zamiast dwóch listew ledowych po trzy aleje co wskazuje tylko na jednego producenta ambulansów i jednoznacznie eliminuje konkurencyjne oferty w przedmiotowym postępowaniu.



Odp.: Zamawiający dopuszcza. W SWZ nie określono jak ma być rozwiązane oświetlenie przedziału medycznego. Zamawiający wymaga jedynie oświetlenia w technologii LED zgodnie z punktem VIII 8 i 9 SWZ.

22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia do dekontaminacji o poniższych lepszych niż wymagane w SWZ parametrach: Proces dezynfekcji pomieszczenia przebiega ZAPOMOCA/DZIĘKI powietrzu, które pełni w tym procesie aktywną, podwójną rolę. Po pierwsze powietrze najpierw samo jest poddawane procesom sterylizacji. Po drugie powietrze staje się aktywną substancją, swoistym systemem transportu „zimnej plazmy”, która w skuteczny i – co trzeba podkreślić – bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywuje patogeny obecne w pomieszczeniu. Niszczenie patogenów odbywa się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych oraz niewielkich i bezpiecznych w dawce cząsteczek ozonu. Powietrze aktywowane dociera i działa wszędzie tam, gdzie ma swobodny dostęp – do przestrzeni i powierzchni przedmiotów w pomieszczeniu, ścian, podłogi.

Urządzenia wykorzystują:

- promieniowanie bakteriobójcze (UV-C)
- PCO fotoutlenianie katalityczne (nanocząsteczki tlenku tytanu),
- technologię UV Dual Waveband „PLASMA QUATRO”
- jony nadtlenkowe
- cząsteczki ozonu w niskich stężeniach.

Urządzenie jest zaprojektowane do stosowania w pracy ciągłej, 24 godziny na dobę. Urządzenie jest w pełni bezpieczne dla przebywających w jego otoczeniu osób, dlatego może pracować, w obecności ludzi. Technologia zastosowana w urządzeniu zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. Testy laboratoryjne przeprowadzono w brytyjskiej, rządowej jednostce HPA (Health Protection Agency) oraz w brytyjskim laboratorium bezpieczeństwa biologicznego. Testy w agencji HPA wykazały iż już po 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano 98,11% redukcji bakterii i 92,17% redukcji standardowego surogatu wirusa. Testy powierzchniowe już po godzinie działania urządzenia wykazały zmniejszenie zanieczyszczenia o 59,47%. Technologia AirSteril jest skuteczna także przeciwko kolifagowi MS2 (surogat Norowirusa). Jest to wirus bez otoczki, trudniejszy do zabicia niż wirusy z otoczką lipidową – SARSCoV2.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Technologia oczyszczania jest skuteczna również w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszonych się drogą kropelkową.

Odp.: Pytanie nie dotyczy wyposażenia opisanego w SWZ przedmiotowego postępowania. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie wyposażenie.

23. Czy oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z aktualną normą PN-EN 1789, tj. PN-EN 1789:2021-02 i potwierdzony certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę badawczą?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, na zasadzie równoważności, ambulansu zgodnego z aktualną normą PN-EN 1789 w zakresie typu B, który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w pomieszczeniu dla pacjenta, miejsce

Odp.: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie dopuszcza ambulansu typu B.

25. Zamawiający wymaga "regulacji kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach". Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje regulacji zarówno w płaszczyźnie przód/tył, jak i góra/dół?

Odp.: Zamawiający potwierdza, ale dopuszcza również regulację kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie.

26. Zamawiający wymaga: "wskaźnika zużycia klocków hamulcowych". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, który informuje kierowcę na desce rozdzielczej o stopniu zużycia tych klocków hamulcowych.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

27. Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B/C.

Odp.: Około 40 000 km.

28. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie, na zasadzie równoważności, aby oświetlenie miejsca akcji za ambulansem było realizowane poprzez osobne, specjalistyczne lampy robocze?



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza oświetlenia realizowanego osobnymi lampami. Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga by reflektory były zamontowane na pojeździe.

29. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

31. Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych przedziału medycznego w całym zaoferowanym okresie gwarancji pokrywa Wykonawca i należy je doliczyć do oferty ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w automatyczny stopień przy prawych drzwiach przesuwnych ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 Oświetlenie wnętrza.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

36. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia drukarkę czy tylko przygotować miejsce pod drukarkę, która jest w posiadaniu Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający wymaga dołożenia drukarki.

37. Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu dostaw do 5 miesięcy od podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający przedłuża.

38. Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający przedłuża.

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na dzień 29.02.2024r. Prośbę swą motywujemy tym, iż z uwagi na sytuację wewnętrzną naszej firmy oraz okrojony skład zespołu zamówień publicznych potrzebujemy więcej czasu na rzetelne przygotowanie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający przedłużył termin składania ofert na 28.02.2024r.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Majer